



- DE** Gebrauchsanweisung
GB Instructions for use
FR Mode d'emploi
ES Instrucciones de uso
IT Istruzioni per l'uso
PT Instruções de uso
NL Gebruiksaanwijzing
SE Bruksanvisning
DK Brugervejledning
GR Οδηγίες χρήσης
RU Инструкция по применению

Manufacturer:
Kulzer GmbHLeipziger Straße 2
63450 Hanau (Germany)Distributed in USA / Canada exclusively by:
Kulzer, LLC
4315 South Lafayette Blvd.
South Bend, IN 46614-2517
1-800-431-1785Caution: Federal law restricts this device to sale
by or on the order of a dental professional.**FR** Mode d'emploi
Palaseal®/Palaclean

Description du produit

Palaseal

Vernis photopolimerisable pour scellement de la surface des prothèses dentaires, couronnes provisoires et bridges en résine de PMMA. Grâce à Palaseal, il est possible d'obtenir une surface lisse sur les composants protéthiques en PMMA récemment achèvés et retravaillés. Le vernis transparent n'altère pas la couleur du composant protéthique. La surface lisse permet d'éviter les irritations mécaniques de la langue et de la membrane muqueuse.

Palaclean

Liquide de nettoyage pour le pinceau.

Indications

Palaseal

Scellement de la surface des prothèses dentaires, couronnes et bridges provisoires en PMMA.

Palaclean

Élimine les matériaux à base de PMMA du pinceau. Le pinceau est ainsi réutilisable.

Contre-indications

En cas d'allergies connues aux résines à base de méthacrylate/acrylate, ne pas utiliser le produit. Palaseal n'est pas adapté à la réduction ou la prévention de monomères résiduels.

Mise en œuvre

Palaseal

Frotter la prothèse avec du papier de verre puis effectuer un premier polissage à la pierre ponce. Ne pas utiliser d'agents nettoyant à base d'huile. Sécher la surface en utilisant un jet d'air exempt d'huile. Utiliser un pinceau doux pour appliquer une couche fine et régulière en allant toujours dans le même sens et sans repasser le pinceau une seconde fois. Éviter les bulles d'air. Laisser agir environ 20 s puis procéder à la polymérisation pendant 90 s, en utilisant un polymérisateur HiLite® power, Heraflash® ou UniX®. Positionner la prothèse dans le photopolymérisateur de telle sorte que la zone revêtue de Palaseal soit totalement irradiée. Renouveler la polymérisation une seconde fois (temps d'irradiation 90 s) si des zones n'ont pas été exposées (pli vestibulaire de la mâchoire supérieure/inferieure, zones sublinguales et interdentaires). Dans ce cas, disposer la prothèse différemment de sorte que ces zones soient totalement irradiées lors du deuxième traitement.

Aucune finition n'est nécessaire étant donné que l'on obtient une surface douce et lisse.

Palaclean

Tremper le pinceau pendant quelques minutes dans Palaclean, le rincer rapidement à l'eau claire, puis le sécher avec un chiffon propre, doux et sec.

Conseils de stockage

Palaseal/Palaclean

Ne pas stocker à des températures supérieures à 25°C (77°F). Ne pas utiliser après la date de péremption. Ne pas exposer directement aux rayons solaires. Toujours bien refermer les récipients après utilisation. Conserver

PT Instruções de uso
Palaseal®/Palaclean

Descrição do produto

Palaseal

Verniz fotopolimerizável para selamento de superfícies de próteses totais, coroas provisórias e pontes parciais feitas em acrílico à base de PMMA.

Palaseal cria uma superfície lisa em componentes protéticos à base de PMMA que passaram por acabamento ou que foram retrabalhados. O verniz transparente não altera a cor do componente protético. A superfície lisa previne irritações mecânicas da língua e da mucosa.

Palaclean

Limpar o pincel

Indicações

Palaseal

Selagem de superfícies de dentaduras, coroas provisórias e pontes à base de PMMA.

Palaclean

Remove materiais de PMMA do pincel. O pincel é reutilizável.

Contraindicações

O contra-indicado não deve ser usado em caso de alergia conhecida a resinas de metacrilato ou de acrilato. Palaseal não é adequado para a redução ou prevenção de monômeros residuais.

Modo de uso

Palaseal

Alise a prótese com uma lixa de papel e efete em seguida um polimento com pedra-pomes. Não use agentes de limpeza à base de óleo. Seque bem a superfície aplicando jatos de ar seco. Com um pincel macio, aplique uma camada fina e homogênea em uma só direção, sem replicar. Evite bolhas de ar.

Após um tempo de exposição de aperto, 20 s, efetue a fotopolimerização durante 90 s na unidade HiLite® power, Heraflash® ou UniX®. Posicione a prótese na unidade de fotopolimerização de modo que a área revestida com Palaseal seja irradiada completamente. Repita a fotopolimerização (tempo de irradiação 90 s) se houver quaisquer áreas de acesso difícil (rebordo vestibular da maxila ou mandibula, áreas sublinguais e interdentárias). Neste caso, posicione a prótese de modo que as áreas de acesso difícil sejam irradiadas completamente.

Um acabamento não é necessário, pois o resultado obtido já é uma superfície lisa e endurecida.

Palaclean

Mergulhe o pincel em Palaclean durante alguns minutos, lave brevemente com água corrente e seque com um pano macio e limpo.

peção visual. Não utilizar produtos danificadores.

Avisos de precaução e segurança

Palaseal (*Tris(2-hydroxyethyl)-isocyanurat-triacylat, Metacrilato de metila, diphenyl[2,4,6-trimethylbenzoyl]phosphine oxide, Bisphenol A Diglycidylether Diacrylat (BADGE-DA)*)

Líquido e vapor facilmente inflamáveis. Provoca irritação cutânea. Provoca lesões oculares graves. Pode provocar uma reacção alérgica cutânea. Susceptível de nuire à fertilité. Pode irritar as vias respiratórias. Tenir à distância da chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. – Ne pas fumar. Utiliser do material/electrique/de ventilação/d'éclairage/antidéflagrant. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou os cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/duşchen. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/um medicin. Garder sous clef.

Palaclean (*acetato de etilo*)

Líquido e vapores très inflamáveis. Provoca une sévère irritation des yeux. Peut provoquer une sollicitation oculaire. Peut provoquer une réaction allergique cutanée. Susceptible de nuire à la fertilité. Peut irriter les voies respiratoires. Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. – Ne pas fumer. Utiliser du matériel/électrique/de ventilation/d'éclairage/antidéflagrant. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/duşchen. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. L'exposition répétée peut provoquer desséchement ou gercures de la peau.

Fiches de données de sécurité et plus d'informations sont disponibles à www.kulzer.com

® = marca depositada de Kulzer GmbH

Mise à jour de l'information : 2017-07

© = marca registrada de Kulzer GmbH

Mise à jour de l'information : 2017-07

Última revisão: 2017-07

DE Gebrauchsanweisung
Palaseal®/Palaclean

Produktbeschreibung

Palaseal

Licht härternder Lack zur Oberflächenversiegelung von Prothesen, provisorischen Kronen und Brücken aus PMMA-Kunststoff.

Mit Palaseal kann eine glatte Oberfläche auf neuangefertigten und nachbearbeiteten Prothesenteilen auf PMMA-Basis erreicht werden. Der transparente Lack verändert die Farbe des Prothesenteils nicht. Die glatte Oberfläche beugt mechanischen Reizzungen von Zunge und Schleimhaut vor.

Palaclean

Pinselreiniger

Indikationen

Palaseal

Oberflächenversiegelung von Prothesen sowie provisorischen Kronen und Brücken auf PMMA-Basis.

Palaclean

Werkstoffe auf PMMA-Basis werden von dem Pinsel entfernt. Mehrmalige Verwendung der Pinsel möglich.

Kontraindikationen

Bei bekannten Allergien gegenüber Harzen auf Meth-/Acrylatbasis sollte das Produkt nicht zur Anwendung kommen. Palaseal ist nicht geeignet zur Reduzierung bzw. Vermeidung von Restmonomeren.

Verarbeitung

Palaseal

Prothese mit Sandpapier schmirlgen, dann mit Bimsstein polieren. Keine fettähnlichen Reinigungsmittel verwenden. Oberfläche mit ölfreiem Lufthol gut trocken blasen. Mit einem weichen Pinsel in einer dünnen, gleichmäßigen Schicht in einer Richtung aufräumen ohne nachzuziehen. Lutefinschlüsse vermeiden.

Nach ca. 20 sec Einführung erfolgt die Polymerisation für 90 sec im HiLite® power, Heraflash® oder UniX®-Gerät. Die Prothese muss im Lichthärtgerät so positioniert werden, dass die mit Palaseal beschichtete Fläche vollständig bestrahlt wird. Bei Vorhandensein von Schattenbereichen (Umschlagfläche OK/UK, subgingivale Bereiche sowie Interdentalbereiche) ist eine zweite Polymerisation (Bestrahlungszeit 90 sec) erforderlich. Dabei ist die Prothese so zuordnen, dass die Schattenbereiche vollständig bestrahlt werden.

Die Nachbearbeitung ist nicht erforderlich, da eine glatte ausgehärte Oberfläche erzielt wird.

Palaclean

Werkstoffe auf PMMA-Basis werden von dem Pinsel entfernt. Mehrmalige Verwendung der Pinsel möglich.

Kontraindikationen

Bei bekannter Allergie gegen Harze auf PMMA-Basis sollte das Produkt nicht zur Anwendung kommen. Palaseal ist nicht geeignet zur Reduzierung bzw. Vermeidung von Restmonomeren.

Verarbeitung

Palaseal

Prothese mit Sandpapier schmirlgen, dann mit Bimsstein polieren. Keine fettähnlichen Reinigungsmittel verwenden. Oberfläche mit ölfreiem Lufthol gut trocken blasen. Mit einem weichen Pinsel in einer dünnen, gleichmäßigen Schicht in einer Richtung aufräumen ohne nachzuziehen. Lutefinschlüsse vermeiden.

Nach ca. 20 sec Einführung erfolgt die Polymerisation für 90 sec im HiLite® power, Heraflash® oder UniX®-Gerät. Die Prothese muss im Lichthärtgerät so positioniert werden, dass die mit Palaseal beschichtete Fläche vollständig bestrahlt wird. Bei Vorhandensein von Schattenbereichen (Umschlagfläche OK/UK, subgingivale Bereiche sowie Interdentalbereiche) ist eine zweite Polymerisation (Bestrahlungszeit 90 sec) erforderlich. Dabei ist die Prothese so zuordnen, dass die Schattenbereiche vollständig bestrahlt werden.

Die Nachbearbeitung ist nicht erforderlich, da eine glatte ausgehärte Oberfläche erzielt wird.

Palaclean

Werkstoffe auf PMMA-Basis werden von dem Pinsel entfernt. Mehrmalige Verwendung der Pinsel möglich.

Kontraindikationen

Bei bekannter Allergie gegen Harze auf PMMA-Basis sollte das Produkt nicht zur Anwendung kommen. Palaseal ist nicht geeignet zur Reduzierung bzw. Vermeidung von Restmonomeren.

Verarbeitung

Palaseal

Prothese mit Sandpapier schmirlgen, dann mit Bimsstein polieren. Keine fettähnlichen Reinigungsmittel verwenden. Oberfläche mit ölfreiem Lufthol gut trocken blasen. Mit einem weichen Pinsel in einer dünnen, gleichmäßigen Schicht in einer Richtung aufräumen ohne nachzuziehen. Lutefinschlüsse vermeiden.

Nach ca. 20 sec Einführung erfolgt die Polymerisation für 90 sec im HiLite® power, Heraflash® oder UniX®-Gerät. Die Prothese muss im Lichthärtgerät so positioniert werden, dass die mit Palaseal beschichtete Fläche vollständig bestrahlt wird. Bei Vorhandensein von Schattenbereichen (Umschlagfläche OK/UK, subgingivale Bereiche sowie Interdentalbereiche) ist eine zweite Polymerisation (Bestrahlungszeit 90 sec) erforderlich. Dabei ist die Prothese so zuordnen, dass die Schattenbereiche vollständig bestrahlt werden.

Die Nachbearbeitung ist nicht erforderlich, da eine glatte ausgehärte Oberfläche erzielt wird.

Palaclean

Werkstoffe auf PMMA-Basis werden von dem Pinsel entfernt. Mehrmalige Verwendung der Pinsel möglich.

Kontraindikationen

Bei bekannter Allergie gegen Harze auf PMMA-Basis sollte das Produkt nicht zur Anwendung kommen. Palaseal ist nicht geeignet zur Reduzierung bzw. Vermeidung von Restmonomeren.

Verarbeitung

Palaseal

Prothese mit Sandpapier schmirlgen, dann mit Bimsstein polieren. Keine fettähnlichen Reinigungsmittel verwenden. Oberfläche mit ölfreiem Lufthol gut trocken blasen. Mit einem weichen Pinsel in einer dünnen, gleichmäßigen Schicht in einer Richtung aufräumen ohne nachzu ziehen. Lutefinschlüsse vermeiden.

Nach ca. 20 sec Einführung erfolgt die Polymerisation für 90 sec im HiLite® power, Heraflash® oder UniX®-Gerät. Die Prothese muss im Lichthärtgerät so positioniert werden, dass die mit Palaseal beschichtete Fläche vollständig bestrahlt wird. Bei Vorhandensein von Schattenbereichen (Umschlagfläche OK/UK, subgingivale Bereiche sowie Interdentalbereiche) ist eine zweite Polymerisation (Bestrahlungszeit 90 sec) erforderlich. Dabei ist die Prothese so zuordnen, dass die Schattenbereiche vollständig bestrahlt werden.

Die Nachbearbeitung ist nicht erforderlich, da eine glatte ausgehärte Oberfläche erzielt wird.

Palaclean

Werkstoffe auf PMMA-Basis werden von dem Pinsel entfernt. Mehrmalige Verwendung der Pinsel möglich.

Kontraindikationen

Bei bekannter Allergie gegen Harze auf PMMA-Basis sollte das Produkt nicht zur Anwendung kommen. Palaseal ist nicht geeignet zur Reduzierung bzw. Vermeidung von Restmonomeren.

Verarbeitung

Palaseal

Prothese mit Sandpapier schmirlgen, dann mit Bimsstein polieren. Keine fettähnlichen Reinigungsmittel verwenden. Oberfläche mit ölfreiem Lufthol gut trocken blasen. Mit einem weichen Pinsel in einer dünnen, gleichmäßigen Schicht in einer Richtung aufräumen ohne nachzu ziehen. Lutefinschlüsse vermeiden.

Nach ca. 20 sec Einführung erfolgt die Polymerisation für 90 sec im HiLite® power, Heraflash® oder UniX®-Gerät. Die Prothese muss im Lichthärtgerät so positioniert werden, dass die mit Palaseal beschichtete Fläche vollständig bestrahlt wird. Bei Vorhandensein von Schattenbereichen (Umschlagfläche OK/UK, subgingivale Bereiche sowie Interdentalbereiche) ist eine zweite Polymerisation (Bestrahlungszeit 90 sec) erforderlich. Dabei ist die Prothese so zuordnen, dass die Schattenbereiche vollständig bestrahlt werden.

Die Nachbearbeitung ist nicht erforderlich, da eine glatte ausge

DK Brugervejledning

Palaseal®/Palaclean

Produktbeskrivelse

Palaseal
Lyshærende lak til overfladeforgelsing af tandproteser, provisoriske kroner og broer fremstillet af PMMA-acryl.

Med Palaseal er det muligt at opnå en glat overflade på nyfremstillede og forarbejdede PMMA-baserede proteskompontenter. Den transparente lak ændrer ikke farven på proteskompontenter. Den glatte overflade forebygger mekanisk irritation af tunge og slimhinder.

Palaclean

Penslerensegning

Indikationer
Palaseal
Overfladeforgeling af PMMA-baserede tandproteser, provisoriske kroner og broer.

Palaclean
Fjerner PMMA-baserede materialer fra penslen. Penslen kan genbruges.

Kontraindikationer

Ved kendte allergier over for resinbaserede methakrylater eller akryler må produktet ikke anvendes. Palaseal er ikke egnet til reducering af eller forebyggelse af rest-monomerer.

Forarbejdning

Afslag protesen med smergelpapir, og polér herefter med pimpen. Undlad at anvende oleibaserede rensemidler. Blæs overfladen godt før med oliefri luft. Anvend en blod børste til at påføre et tyndt, jævnt lag i én retning uden at dobbelstryge. Undgå luftblæser. Efter en eksponeringstid på ca. 20 sekunder udføres polymerisering i 90 sekunder i HiLite® power-, Heraflash® eller UniXS®-enheden. Anbring protesen i lyshærdningsenheden, således at området med Palaseal belyses fuldt ud. Gentag polymerisering i 90 sekunder, hvis der er ubehyldt områder. I tilfælde heraf anbringes protesen, således at de ubelyste områder belyses fuldt ud.

Fornyet afpuudsning er ikke nødvendig, da overfladen i forvejen er hårdet og glat.
Palaclean
Leg borsten i blod i Palaclean et par minutter, skyd kvarteret med rent vand, og efter med en rør, blod klud.

Opbevaring
Palaseal/Palaclean
Må ikke opbevares over 25°C (77°F). Må ikke anvendes efter udløbsdatoen. Skal beskyttes mod direkte sollys. Skal opbevares utilgængeligt for børn. Produktet skal kontrolleres isuelt for beskadigelse, for anvendelse første gang. Beskadigede produkter må ikke anvendes.

GR Οδηγίες χρήσης

Palaseal®/Palaclean

Περιγραφή προϊόντος

Palaseal
Φυσιοτολμηζόμενο βερνίκι για σφράγιση επιφανεών τεχνητών οδοντοστοιχιών, προσωνύμων στεφανών και γεφύρων από PMMA. Με το Palaseal είναι δύνατον να επιτύχετε μια λεία επιφάνεια σε πρόσφατα φινιρισμένα και επισκευασμένα μέρη προσθετικών εργασιών με βάση το PMMA. Το διαφανές βερνίκι δεν ράλλεται το χώμα των προσθετικών μέρων. Η λεία επιφάνεια αποτρέπει μηχανικούς ερεθισμούς στη γλώσσα και στον βλεννογόνο μένει.

Palaclean

Καθαριστικό πινέλου

Ενδείξεις

Palaseal
Σφράγιση επιφανεών οδοντοστοιχιών, προσωνύμων στεφανών και γεφύρων με βάση το PMMA. Επιπλέον μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί. Υπάρχει μια πινέλα εύφλεκτα. Προκαλεί ερεθίσματα στην ημερογνούλα φάσης από την ημέρα της προσθέτικης εργασίας. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δέρματική αντίδραση. Υποτόπιο για πρόσθια λεύκανση. Μπορεί να προκαλέσει ερεθίσματα της αντανευστικής οδού. Μακριά από θερμότητα/απιθήρες/γυμνές φλόγες/θερμές επιφάνειες. – Μην καπνίζετε. Να χρησιμοποιείται αντιεκρικτικός ηλεκτρολογικός/εξαερισμού/φυτοτοκός/εξόπλισμος. ΖΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλαζά): Αφαρέστε αμέσως ή μετά μολυσμένα ενδύματα. Σεπλύνετε το δέρμα με ψεύρο/στο ώτο. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ζεπλύνετε της προστατικής οράσης με δεύτερη έρημη όπως με δεύτερη στρώση. Αποφεύγετε τη δημιουργία υδατών αέρα. Μετά από χρόνο έκθεσης περίπου 20 δευτερόλεπτών, διεξάγετε τον πολυμερισμό για 90 δευτερόλεπτα στη συσκευή HiLite® power, Heraflash® ή UniXS®. Τοποθετήστε την προσθετική εργασία στη συσκευή φωτοπολυμερισμού κατά τέτοιο τρόπο ώστε η επιφάνεια του καλύψθηκε με Palaseal να ακτινοβολείται εξ ολοκλήρου. Επαναλάμβανε τον πολυμερισμό για δεύτερη φορά (χρόνος ακτινοβολίας 90 δευτερόλεπτα) σε περίπτωση υπέρτατης σκιερών περιοχών (προστομιακή πτυχή άνω/κάτω γνάθου, υπογλώσσιες περιοχές και μεσοδόντιες περιοχές). Σε αυτήν την περίπτωση διευθέτηστε την προσθετική εργασία με τέτοιο τρόπο ώστε οι καλυμμένες περιοχές να ακτινοβοληθούν εξ ολοκλήρου. Δεν είναι απαραίτητο νέο φύνισμα, καθώς επιτυγχάνεται μια λεία, πολυμερισμένη επιφάνεια.

Palaclean

Αφήστε το πινέλο να μουσκέψει στο Palaclean για μερικά λεπτά, ζεπλύνετε σύντομα με καθάρο νέρο και σε συνέχεια στεγνώστε με ένα καθάρο, μαλακό πανι.

Περιγραφή προϊόντος

Palaseal
Φυσιοτολμηζόμενο βερνίκι για σφράγιση επιφανεών τεχνητών οδοντοστοιχιών, προσωνύμων στεφανών και γεφύρων από PMMA. Με το Palaseal είναι δύνατον να επιτύχετε μια λεία επιφάνεια σε πρόσφατα φινιρισμένα και επισκευασμένα μέρη προσθετικών εργασιών με βάση το PMMA. Το διαφανές βερνίκι δεν ράλλεται το χώμα των προσθετικών μέρων. Η λεία επιφάνεια αποτρέπει μηχανικούς ερεθισμούς στη γλώσσα και στον βλεννογόνο μένει.

Palaclean

Αφήστε το πινέλο να μουσκέψει στο Palaclean για μερικά λεπτά, ζεπλύνετε σύντομα με καθάρο νέρο και σε συνέχεια στεγνώστε με ένα καθάρο, μαλακό πανι.

Περιγραφή προϊόντος

Palaseal
Φυσιοτολμηζόμενο βερνίκι για σφράγιση επιφανεών τεχνητών οδοντοστοιχιών, προσωνύμων στεφανών και γεφύρων από PMMA. Με το Palaseal είναι δύνατον να επιτύχετε μια λεία επιφάνεια σε πρόσφατα φινιρισμένα και επισκευασμένα μέρη προσθετικών εργασιών με βάση το PMMA. Το διαφανές βερνίκι δεν ράλλεται το χώμα των προσθετικών μέρων. Η λεία επιφάνεια αποτρέπει μηχανικούς ερεθισμούς στη γλώσσα και στον βλεννογόνο μένει.

Palaclean
Αφήστε το πινέλο να μουσκέψει στο Palaclean για μερικά λεπτά, ζεπλύνετε σύντομα με καθάρο νέρο και σε συνέχεια στεγνώστε με ένα καθάρο, μαλακό πανι.

Περιγραφή προϊόντος

Palaseal
Φυσιοτολμηζόμενο βερνίκι για σφράγιση επιφανεών τεχνητών οδοντοστοιχιών, προσωνύμων στεφανών και γεφύρων από PMMA. Με το Palaseal είναι δύνατον να επιτύχετε μια λεία επιφάνεια σε πρόσφατα φινιρισμένα και επισκευασμένα μέρη προσθετικών εργασιών με βάση το PMMA. Το διαφανές βερνίκι δεν ράλλεται το χώμα των προσθετικών μέρων. Η λεία επιφάνεια αποτρέπει μηχανικούς ερεθισμούς στη γλώσσα και στον βλεννογόνο μένει.

Palaclean
Αφήστε το πινέλο να μουσκέψει στο Palaclean για μερικά λεπτά, ζεπλύνετε σύντομα με καθάρο νέρο και σε συνέχεια στεγνώστε με ένα καθάρο, μαλακό πανι.

Περιγραφή προϊόντος

Palaseal
Φυσιοτολμηζόμενο βερνίκι για σφράγιση επιφανεών τεχνητών οδοντοστοιχιών, προσωνύμων στεφανών και γεφύρων από PMMA. Με το Palaseal είναι δύνατον να επιτύχετε μια λεία επιφάνεια σε πρόσφατα φινιρισμένα και επισκευασμένα μέρη προσθετικών εργασιών με βάση το PMMA. Το διαφανές βερνίκι δεν ράλλεται το χώμα των προσθετικών μέρων. Η λεία επιφάνεια αποτρέπει μηχανικούς ερεθισμούς στη γλώσσα και στον βλεννογόνο μένει.

Palaclean
Αφήστε το πινέλο να μουσκέψει στο Palaclean για μερικά λεπτά, ζεπλύνετε σύντομα με καθάρο νέρο και σε συνέχεια στεγνώστε με ένα καθάρο, μαλακό πανι.

Περιγραφή προϊόντος

Palaseal
Φυσιοτολμηζόμενο βερνίκι για σφράγιση επιφανεών τεχνητών οδοντοστοιχιών, προσωνύμων στεφανών και γεφύρων από PMMA. Με το Palaseal είναι δύνατον να επιτύχετε μια λεία επιφάνεια σε πρόσφατα φινιρισμένα και επισκευασμένα μέρη προσθετικών εργασιών με βάση το PMMA. Το διαφανές βερνίκι δεν ράλλεται το χώμα των προσθετικών μέρων. Η λεία επιφάνεια αποτρέπει μηχανικούς ερεθισμούς στη γλώσσα και στον βλεννογόνο μένει.

Palaclean
Αφήστε το πινέλο να μουσκέψει στο Palaclean για μερικά λεπτά, ζεπλύνετε σύντομα με καθάρο νέρο και σε συνέχεια στεγνώστε με ένα καθάρο, μαλακό πανι.

Περιγραφή προϊόντος

Palaseal
Φυσιοτολμηζόμενο βερνίκι για σφράγιση επιφανεών τεχνητών οδοντοστοιχιών, προσωνύμων στεφανών και γεφύρων από PMMA. Με το Palaseal είναι δύνατον να επιτύχετε μια λεία επιφάνεια σε πρόσφατα φινιρισμένα και επισκευασμένα μέρη προσθετικών εργασιών με βάση το PMMA. Το διαφανές βερνίκι δεν ράλλεται το χώμα των προσθετικών μέρων. Η λεία επιφάνεια αποτρέπει μηχανικούς ερεθισμούς στη γλώσσα και στον βλεννογόνο μένει.

Palaclean
Αφήστε το πινέλο να μουσκέψει στο Palaclean για μερικά λεπτά, ζεπλύνετε σύντομα με καθάρο νέρο και σε συνέχεια στεγνώστε με ένα καθάρο, μαλακό πανι.

Περιγραφή προϊόντος

Palaseal
Φυσιοτολμηζόμενο βερνίκι για σφράγιση επιφανεών τεχνητών οδοντοστοιχιών, προσωνύμων στεφανών και γεφύρων από PMMA. Με το Palaseal είναι δύνατον να επιτύχετε μια λεία επιφάνεια σε πρόσφατα φινιρισμένα και επισκευασμένα μέρη προσθετικών εργασιών με βάση το PMMA. Το διαφανές βερνίκι δεν ράλλεται το χώμα των προσθετικών μέρων. Η λεία επιφάνεια αποτρέπει μηχανικούς ερεθισμούς στη γλώσσα και στον βλεννογόνο μένει.

Palaclean
Αφήστε το πινέλο να μουσκέψει στο Palaclean για μερικά λεπτά, ζεπλύνετε σύντομα με καθάρο νέρο και σε συνέχεια στεγνώστε με ένα καθάρο, μαλακό πανι.